

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Palackého třída 1/3
612 42 Brno
IČ: 62157124

V Brně dne 22.10.2012
Čj. C/12/697

Dodatečné informace č.4

k zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku „Přístroje pro přípravu vzorků“ zadávanou pod zn. C/12/697

Dne 21.10.2012 byla analogicky dle ust. § 49 odst.1 zákona č. 137/2006 Sb, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) doručena zadavateli žádost dodavatele o dodatečné informace následujícího znění:

Žádost o dodatečné informace se týká pouze části č. 1 této veřejné zakázky, konkrétně těchto přístrojů:

1) Stolní inkubovaná třepačka

V zadání je specifikováno: teplota +5 do 65°C. Je teplotou +5°C myšlena teplota absolutní nebo teplota na okolní teplotu?

2) Stolní chlazená odstředivka

V zadání je specifikováno: rotor pro minimálně 24 zkumavek o objemu 1 ml. Standardně jsou rotory pro 1,5 ml/2 ml zkumavky. Je tato varianta prosím akceptovatelná? Dále není specifikována max. rychlost rotoru.

Na základě žádosti na dodatečné informace, zadavatel veřejné zakázky „Přístroje pro přípravu vzorků“ zadávané pod zn. C/12/697 Vám oznamuje tyto dodatečné informace:

1) Dokument: 1.0 6. část ZD – „Specifikace předmětu plnění“ – část č. 1 VZ

Strana: č. 2

Část VZ: Část č. 1 veřejné zakázky - Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat -
Institucionální podpora výzkumu

Položka, název přístroje: pořadové číslo 1. - Stolní inkubovaná třepačka

Dotaz:

V zadání je specifikováno: teplota +5 do 65°C. Je teplotou +5°C myšlena teplota absolutní nebo teplota na okolní teplotu?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel na základě dodatečného dotazu doplňuje technickou specifikaci a formulace tohoto dílčího požadavku nově zní „teplota okolního prostředí minimálně v rozmezí od +5 do 65°C“.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

2) Dokument: 1.0 6. část ZD – „Specifikace předmětu plnění“ – část č. 1 VZ

Strana: č. 2

Část VZ: Část č. 1 veřejné zakázky - Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat -
Institucionální podpora výzkumu

Položka, název přístroje: **pořadové číslo 2. - Stolní chlazená odstředivka**

Dotaz:

V zadání je specifikováno: rotor pro minimálně 24 zkumavek o objemu 1 ml.

Standardně jsou rotory pro 1,5 ml/2 ml zkumavky. Je tato varianta prosím akceptovatelná? Dále není specifikována max. rychlost rotoru.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel na základě dodatečného dotazu mění původně požadovanou technickou specifikaci ve znění „rotory pro minimálně 24 zkumavek o objemu 1 ml“ a nově ji nahrazuje požadavkem v následujícím znění „rotory pro **minimálně 24 zkumavek o objemu 1,5 ml/ 2 ml**“.

V technické specifikaci již maximální rychlost rotoru specifikována je, proto zadavatel opakuje odpověď na dodatečný dotaz, a to, že „**maximální rychlost rotoru musí být 20 000 rpm a vyšší**“.

Nově doplněné technické údaje jsou označeny šedou barvou, zvýrazněny, psány kurzívou a podtrženy:

1. část VZ

Seznam zboží pro projekt:

Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat - Institucionální podpora výzkumu

p.č.	Název přístroje	MJ	Počet MJ	Technická specifikace a minimální technické požadavky zadavatele na přístroj
1.	Stolní inkubovaná třepačka	ks	1 ks	<p>Stolní inkubovaná třepačka s možností ohřevu,</p> <ul style="list-style-type: none"> - pro mikrotitrační destičky, zkumavky o objemu 10-50 ml (možnost inkubace alespoň dvou stojánků se zkumavkami 10-50 ml) a erlenmayerovy baňky o objemu 100-500 ml (možnost inkubace alespoň 4 baněk o objemu 500 ml). - orbitální směr pohybu, nastavitelná rychlost a čas třepání, digitální display, teplota okolního prostředí minimálně v rozmezí od +5 do 65°C. Konstantnost při 37°C s odchylkou ± 0,5 °C. <p>Příslušenství: stojánky na zkumavky, úchytky na erlenmayerovy láhve</p> <p>Záruční doba: minimálně 24 měsíců</p>

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

2.	Stolní chlazená odstředivka	ks	1 ks	<p>Stolní chlazená odstředivka</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nastavitelný rychlostní rozsah minimálně v rozmezí 200 – 20 000 rpm (rpm = otáčky za minutu)/ krok 250 rpm, tím je definován minimálně požadovaný standard a uchazeč jej může v nabídce nahradit i výrobkem nebo technologií lepší, tzn. dolní mez rozmezí musí být maximálně 200 rpm a nižší, a horní mez musí být minimálně 20 000 rpm a vyšší - maximální RCF (relativní centrifugační síla) minimálně 38 012 x g - Objem 4x100 ml - Teplotní rozsah minimálně (-20) až +40 °C/ krok 1°C - Časovač 99 hod 59 min/ krok 1 min., 59 min 50 sec./ krok 10 sec. <p>Příslušenství: rotory pro minimálně 24 zkumavek o objemu 1,5 ml/ 2 ml a minimálně 6 zkumavek o objemu 50 ml</p> <p>Záruční doba: minimálně 24 měsíců</p>
----	------------------------------------	----	------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) V důsledku dodatečných informací dochází k posunu konce lhůty pro podání nabídek, kdy je nově stanoveno **ukončení příjmu nabídek na 30.10.2012 ve 13:00 hod. (včetně).**

4) Ostatní podmínky zadání této veřejné zakázky zůstávají beze změn.



Doc. MVDr. Ladislav Steinhauser CSc.
děkan FVHE VFU Brno